

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.”

PYTANIA I ODPOWIEDŹ DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5/ZHP/2021/BCAS

PYTANIE Z DNIA 16.03.2021

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia o pulsoksymetr do mierzenia wysycenia krwi tlenem oraz rytmu pracy serca zamiast "natlenowania płatów mózgowy"?

UZASADNIENIE:

Wysycenie krwi tlenem, świadczy o natlenowaniu całego organizmu, w tym mózgu i jego płatów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający prosi o składanie ofert na urządzenie do biofeedback z możliwością rozbudowy tego urządzenia o dodatkowe elementy wbudowane lub dodatkowe, które badały by poziom natlenowania. W związku z tym dopuszcza rozbudowę urządzenia o pulsoksymetr